TmediX
Transformation with New Conception.

スコープ先端保護チューブ（S/M/L）

デリケートなスコープ先端部を、優しく守る新しい習慣に。

スコープ保管庫から検査室、検査室から洗浄室へのスコープ運搬時に、
気をつけていてもスコープ先端部をぶつけてしまい、
高額修理となってしまうことは少なくありません。
スコープ先端保護チューブはそんな運搬時の不意の衝撃から
デリケートなスコープ先端部を保護します。



ホールド部を
つまんで開いて
スコープ先端部を
入れるだけ!

オートクレーブ
可能で繰り返し
使えます!

仕様（素材：シリコン）

製品名	単位	商品番号	サイズ
スコープ先端保護チューブ(S)	3本入	S021107-003	長さ：150㎜／外径：16㎜／内径：12㎜
	1本入	S021209-009	
スコープ先端保護チューブ(M)	5本入	S021107-004	長さ：180㎜／外径：24㎜／内径：19㎜
	1本入	S021209-010	
スコープ先端保護チューブ(L)	1本入	S021303-014	長さ：240㎜／外径：26㎜／内径：21㎜

サイズの選び方（内視鏡との組み合わせ推奨）

（S）… 先端部外径が3mm以上 6mm未満の内視鏡
（M）… 先端部外径が6mm以上 15mm未満の内視鏡
（L）… (M)ではカバーできない先端湾曲部ゴムが長いタイプの内視鏡、または(M)ではきつく感じられる太めの内視鏡。

スコープを運ぶあらゆる場面で使用することで
修理費抑制が期待できます。

（注1）洗浄及び高水準消毒または滅菌済みのスコープ先端保護チューブをご使用ください。
（注2）内視鏡を洗浄、消毒するときや、保管する時は、必ずスコープ先端保護チューブを取り外してください。

ご注意

- 本製品は内視鏡を持ち運ぶ際に内視鏡の先端部を保護するためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 内視鏡を洗浄、消毒又は保管する際は、必ず本製品を取り外してください。
  上記が遵守されない場合、細菌が繁殖し、人の生命･身体に重大な影響を及ぼす危険性があります。
- 消毒後の内視鏡には洗浄及び、消毒又は滅菌処理を行った本製品を使用してください。
- 本製品の透明度が落ちたり、装着力が弱くなったら使用しないでください。
- 本製品をご使用の際は、事前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 内視鏡の先端湾曲部ゴムを、ゆとりをもってカバーできるサイズをお選びください。

● 仕様･外観および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティーメディクス株式会社
TmediX
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル5F
http://www.tmedix.com
お問合せ先
営業部　商品開発担当
TEL　03-3349-8590　FAX　03-3349-8771

取扱販売店名

T0033UE-1412